

10.08.2026

לכבוד:

המשתתפים במכרז

באמצעות דוא"ל

ג.א.נ.,

הנדון: הבהרה ועדכונים

פניה מספר 40.065.25 לקבלת הצעות לאספקת מערכת אנדוסקופיה עבור בתי חולים

שונים בהליך "פניית מסגרת"

המפרט בנספח ג מתייחס ברובו למערכות ברמת HD בפנייה זו נדרשים המציעים להציע גם מערכות בטכנולוגיות מתקדמות יותר בהתאם למבוקש בנספח ד' בטבלאות 8.1 – 8.5 מגדלי אנדוסקופיה ברמת רזולוציה 4K ובטכנולוגיית 3D כולל ICG בהתאם למבוקש בכל אחת מהטבלאות הנ"ל על המציעים להתייחס לכל טבלה ולכל טכנולוגיה נדרשת ולהציע את המכשור המתאים לטכנולוגיות המבוקשות למען הסר ספק, כשנדרשת טכנולוגיית 3D ו/או 4K ו/או ICG הכוונה שכל אחת מהטכנולוגיות תתקיים בכל אופני ההפעלה והשימוש

יש להתייחס בהצעת המחיר גם לדרישות הבאות:

- טבלה 8.3 מגדל בטכנולוגיית 3D + 4K

מסך רפואי בגודל של 32" לפחות, בעל רזולוציה 4K, יש לציין: בהירות, ניגודיות, זמן תגובה ואפשרות PIP/PBP מצלמת 3D

לפרוסקופ 3D 10 מ"מ בזווית 0 מעלות, המאפשר צפיה בתלת מימד ברזולוציית 4k
לפרוסקופ 3D 10 מ"מ בזווית 30 מעלות, המאפשר צפיה בתלת מימד ברזולוציית 4k
קונטיינר תואם לסטריליזציה, כבל אור תואם, משקפי תלת מימד,
יש להוסיף בעלות נפרדת וכאופציה לרכישה מצלמה 2D

- טבלה 8.4 מגדל בטכנולוגיית ICG + 4K

כל המכשור שיוצע בטבלה זו יאפשר הפעלת המערכת המוצעת בטכנולוגיה באיכות ICG כולל 4K הפרוססור יאפשר חיבור מצלמה ברמת 4K, יתמוך בפורמט 16:9, יהיה בעל יציאות דיגיטליות תואמות ל 4K: display port- DP, 12G-HD-SDI, DVI (HD), תתאפשר: הקפאת תמונה, הגדרת משתמש סוג ניתוח ראש המצלמה יכלול כפתורים הניתנים לתכנות, תתאפשר שליטה מראש המצלמה על מערכת התייעוד. ראש המצלמה יהיה בעל איכות תמונה 2D-4K UHD יתאים ל- ICG, איכות תמונה 3840x2160 מקור אור בטכנולוגיית LED בעל אורך חיים של כ- 20,000 שעות מסך רפואי בגודל של 32" לפחות, בעל רזולוציה 4K, יש לציין: בהירות, ניגודיות, זמן תגובה ואפשרות PIP/PBP

המערכת תאפשר תמיכה מלאה בפלואורסנציה

יש לציין מצבי תצוגה ב- ICG-overlay, intensity map, monochrome

יש להתייחס לאופן המעבר בין ICG-WHITE LIGHT

עגלת ציוד: תכלול זרוע מתאימה לנשיאה ולכיוון מיקום בהתייחס לגודל ולמשקל המסך המוצע

מדפים וחיבורי חשמל לנשיאת וחיבור כל המכשירים המוצעים.

- טבלה 8.5 מגדל בטכנולוגיית ICG + 3D + 4K

יש להתייחס במענה לדרישות הנ"ל כולל מצלמת 3D

מסך רפואי בגודל של 32" לפחות, בעל רזולוציה 4K 3D- וציוד קצה המאפשר צפייה בתלת מימד לפרוסקופ 3D chip-on-tip 10 מ"מ בזווית 0 מעלות, המאפשר צפיה בתלת מימד ICG ברזולוציית 4k לפרוסקופ 3D chip-on-tip 10 מ"מ בזווית 30 מעלות, המאפשר צפיה בתלת מימד ICG ברזולוציית 4k קונטיינר תואם לסטריליזציה, כבל אור תואם, משקפי תלת מימד, תתאפשר הקלטת תלת מימד מ 2 מקורות שונים באיכות 4k. יש להוסיף בעלות נפרדת וכאופציה לרכישה מצלמה 2D

בהמשך להבהרות המפורטות לעיל, להלן עדכון במועדי המכרז, כמפורט להלן:

מועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עבור המכרז שבנדון ידחה ליום 17.08.2026 בשעה 12:00.

כמו כן, נבקש להבהיר כי המועד האחרון להגשת הצעות נותר ללא שינוי, ויחול ביום 02.09.2026 בשעה 12:00, בהתאם למועד שנקבע במסמכי המכרז.

יתר הוראות המכרז, יוותרו ללא שינוי.

בברכה,

ב/ וועדת מכרזים